

1a) $0,85 \text{ mm}$

b) 13 mm

c) $101,40 \text{ mm}$

2a) A incerteza define a quantidade de Algarismos significativos do resultado
→ Quantidade de algarismos significativos (no máximo 2)

b) Não deve-se arredondar o erro/incerteza (gera imprecisão)
→ Incoerência nos algarismos ($1,96 \pm 0,03$) s
→ mais casa decimal que o erro.

c) Não deve-se arredondar o valor médio. (Imprecisão)
→ $(2,00 \pm 0,03) \text{ s}$; Incoerência da casa decimal da incerteza com o erro
A incerteza incide sobre o algarismo duvidoso.
→ Resultado Incompatível com incerteza

3a) $v = (0,323 \pm 0,001) \text{ m/s}$

b) $a = (0,041 \pm 0,031) \text{ m/s}^2$

c) $k = (44 \pm 1) \text{ N/m}$

d) $F = (26,90 \pm 0,07) \text{ N}$

e) $P = (2,3 \pm 0,1) \times 10^9 \text{ N/m}^2$

f) $\rho = (1490 \pm 10) \text{ kg/m}^3$

g) $e = (6 \pm 2) \times 10^{-6} \text{ m}$