

# Titlu

conf. dr. ing. Robert Lupu (coordonator)

asist. dr. ing. Dănuț Irimia (coordonator)

Petru Dimitriu, Sebastian Scînteie, Tudor-Andrei Vrabie

May 16, 2016

## Introducere

Electrooculografia reprezintă o tehnică de măsurare a tensiunii electrice la nivelul corneei dintre partea din față și cea din spate a ochiului uman, semnalul rezultat purtând numele de electrooculogramă.

Prin procesarea adecvată a datelor obținute în cadrul acestui proces se pot determina informații precum direcția privirii, clipitul, gradul de deschidere a ploapelor, etc.

Modalitățile alternative de interacțiune între om și calculator se bucură de un interes crescut atât din partea lumii științifice cât și din partea celei medicale. Pe lângă elementul de noutate pe care îl prezintă, acestea vin în ajutorul persoanelor cu deficiențe sau dizabilități fizice, ușurându-le traiul zilnic dar și facilitând recuperarea persoanelor ce au suferit vătămări ale sistemului neuromotor.

Această lucrare are ca obiectiv expunerea unei modalități de procesare a datelor unei electrooculograme în scopul realizării unei interfețe alternative om-calculator, prin mișcările ochilor. Astfel, s-a încercat modificarea poziției indicatorului mausului pe ecranul unui calculator în concordanță cu deplasarea ochilor.

## Detaliile implementării

### Pregătirea măsurătorii

Pentru realizarea achiziției de date s-a folosit un dispozitiv gUSBamp. Acesta este prevăzut cu (???)

Datele au fost memorate pentru procesare ulterioară folosind mediul MATLAB/Simulink.

Pregătirea dispozitivului pentru utilizare presupune aplicarea electrozilor pe fața persoanei pentru care se realizează măsurători, într-o aranjare bine stabilită. Corespunzător cu cele două canale de date pe care le furnizează, electrozii sunt numerotați 1+, 1-, 2+, 2- și 0, cel din urmă fiind electrodul utilizat drept masă în cadrul măsurătorilor. Așezarea electrozilor s-a realizat astfel:

0 pe frunte

1+ deasupra ochiului drept

1- sub ochiul drept

2+ la tâmpla stângă

2- la tâmpla dreaptă

### Realizarea măsurătorii

Folosind Simulink și modulele aferente dispozitivului, s-au realizat 2 măsurători, achiziționând valorile furnizate de dispozitiv și stocându-le într-un fișier `.mat`, pen-

tru a putea fi utilizate în cadrul unor simulări ulterioare.

De fiecare dată, s-a avut în vedere eliminarea unei perioade inițiale de 5 secunde pentru a permite atingerea regimului staționar al semnalului furnizat imediat după pornirea achiziției.

Următoarele 50 de secunde au ca scop realizarea unei calibrări a dispozitivului. În timpul acesteia, utilizatorul este instruit să privească anumite puncte de pe ecranul monitorului timp de 10 secunde, pentru a se realiza o medie a valorii semnalului obținut, ce va fi utilizată la realizarea unei transformări fereastră-poartă.

Valorile din următoarele secunde reprezintă mișcările propriu-zise ce se vor a fi traduse în deplasări ale indicatorului mausului pe ecran, folosind pentru calibrare valorile obținute anterior.

În scopuri practice și experimentale, s-au reținut mediile semnalelor obținute în urma calibrării și s-au folosit drept constante pentru testarea rezultatelor obținute pentru întregul set de date achiziționat.

$$out_{n+1} = \begin{cases} out_{n+1} = out_n + 1, y_n > M_i + t \text{ și } \lfloor y_n - y_{i-128 \cdot f} \rfloor > t \\ out_{n+1} = out_n - 1, y_n < M_i - t \text{ și } \lfloor y_n - y_{i-128 \cdot f} \rfloor > t \\ out_{n+1} = out_n, \text{ altfel} \end{cases} \quad (1)$$

În ecuația 1,  $out_{n+1}$  reprezintă valoarea curentă a semnalului filtrat,  $out_n$  reprezintă valoarea imediat precedentă a semnalului calculat,  $M_i$  reprezintă media aritmetică a valorilor eșantionului curent,  $t$  reprezintă valoarea de prag, iar  $f$  este fracția amintită mai sus.

Deoarece valorile obținute, cât și com-

## Procesarea datelor brute

Procesarea datelor brute a avut ca scop:

- eliminarea zgomotului
- eliminarea unui trend general al semnalului provenit din funcționarea normală a dispozitivului de achiziție
- simplificarea semnalului pentru obținerea de deplasări uniforme ale indicatorului mausului

Pentru procesarea s-a realizat un filtru după cum urmează.

Pentru procesare, s-a utilizat o fereastră de 0,5 secunde, adică 128 de eșantioane de date.

De asemenea, s-au utilizat, pentru fiecare canal, o *valoare de prag* și un raport subunitar, numit *fracție*.

Algoritmul de procesare a fost adaptat pentru a permite filtrarea semnalului primit în direct de la dispozitiv, și lucrează cu o fereastră de date ce conține ultimele 128 de eșantioane valoare înregistrare.

Valorile semnalului filtrat se calculează astfel:

portamentul semnalului diferă între cele două canale, s-au folosit valori diferite ale variabilelor  $f$  și  $t$  pentru cele două canale, și anume:

- pentru canalul 1:  $t = 45, f = \frac{1}{6}$
- pentru canalul 2:  $t = 67, f = \frac{1}{8}$

## Rezultatele

Figure 1: Semnalele pentru cele două canale, corespunzătoare unui set de date, în forma brută, respectiv procesată

