



Filtros

Classificação

- ☐ Fraude (corroborada)
- ☐ Defeito (corroborado)
- ☐ Revisão manual
- ☐ Sem indício

Status da OS

- ☐ OK
- ☐ OS AUSENTE

Data do ensaio

16/07/2026

18/11/2030


32 de 32 laudos após os filtros.

Triagem de Laudos de Aferição

Classificação automática e fila priorizada dos laudos de medidores · P6 — NExT Carreira em Dados 2026.1 (CESAR School)




Laudos por classificação




Laudos por mês do ensaio

Datas fora do formato DD/MM/AAAA ficam de fora deste gráfico.



Laudos por faixa do maior erro de exatidão

Acima de 15% a exatidão é reprovada. "Sem valores" são laudos com ensaio de exatidão não realizado.





Filtros

Classificação

- ☐ Fraude (corroborada)
- ☐ Defeito (corroborado)
- ☐ Revisão manual
- ☐ Sem indício

Status da OS

- ☐ OK
- ☐ OS AUSENTE

Data do ensaio

16/07/2026

18/11/2030

32 de 32 laudos após os filtros.

Triagem de Laudos de Aferição

Classificação automática e fila priorizada dos laudos de medidores · P6 — NExT Carreira em Dados 2026.1 (CESAR School)

Laudos

32

Visão geral

Possível fraude

11

↑ 34% do total

Fila priorizada

Possível defeito

11

↑ 34% do total

Perguntas analíticas

Revisão manual

1

↑ 3% do total

Qualidade dos dados

Sem indício

9

↑ 28% do total

Fila de análise

Ordenada pela prioridade: peso da classificação + maior erro de exatidão em módulo. Comece pelo topo.

#	Prioridade	Classificação	OS	Arquivo	Data do ensaio	Maior erro	Motivo
1	489,21	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_08.pdf	16/09/2026	89,21%	Erro acima de 15% (CN = -89.21%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
2	488,36	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_03.pdf	10/08/2026	88,36%	Erro acima de 15% (CN = -88.36%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
3	486,79	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_02.pdf	10/08/2026	86,79%	Erro acima de 15% (CN = -86.79%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
4	485,89	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_09.pdf	16/09/2026	85,89%	Erro acima de 15% (CN = -85.89%); Medidor não registra corretamente o consumo
5	485,50	Fraude (corroborada)	QWERTY0000	FRA_REP_02.pdf	16/07/2026	85,50%	Erro acima de 15% (CN = -85.50%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
6	483,29	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_07.pdf	16/09/2026	83,29%	Erro acima de 15% (CP = -83.29%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
7	482,19	Fraude (corroborada)	0000AAA00	FRA_REP_03.pdf	22/07/2026	82,19%	Erro acima de 15% (CP = -82.19%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
8	478,18	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_01.pdf	10/08/2026	78,18%	Erro acima de 15% (CP = -78.18%); Medidor não registra corretamente o consumo
9	475,79	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_05.pdf	14/09/2026	75,79%	Erro acima de 15% (CP = -75.79%); Tampa de proteção de policarbonato solidada
10	472,57	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_06.pdf	14/09/2026	72,57%	Erro acima de 15% (CN = -72.57%); Medidor não registra corretamente o consumo
11	413,69	Fraude (corroborada)	— sem OS	LAUDO_REP_FRA_04.pdf	28/08/2026	13,69%	Exatidão dentro da tolerância; Medidor não registra corretamente o consumo,
14	250,00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO_REP_DEF_01.pdf	11/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado
15	250,00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO_REP_DEF_02.pdf	11/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado
16	250,00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO_REP_DEF_03.pdf	11/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado
17	250,00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO_REP_DEF_04.pdf	11/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado
18	250,00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO_REP_DEF_05.pdf	28/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado
19	250.00	Defeito (corroborado)	— sem OS	LAUDO REP DEF 06.pdf	28/08/2026		Exatidão sem valores; Dispositivo de saída para verificação/ calibração apagado



Filtros

Classificação

- ☐ Fraude (corroborada)
- ☐ Defeito (corroborado)
- ☐ Revisão manual
- ☐ Sem indício

Status da OS

- ☐ OK
- ☐ OS AUSENTE

Data do ensaio

16/07/2026

18/11/2030



32 de 32 laudos após os filtros.

Triagem de Laudos de Aferição

Classificação automática e fila priorizada dos laudos de medidores · P6 — NExT Carreira em Dados 2026.1 (CESAR School)




1. Quais combinações de ensaios estão associadas a fraude ou defeito?

Cada linha é uma combinação de ensaios não aprovados no laudo. As colunas mostram em qual classificação esses laudos caíram; quanto mais escura a célula, mais laudos.

Ensaios não aprovados	Fraude (corroborada)	Defeito (corroborado)	Revisão manual	Sem indício	Total
Inspeção geral			1		1
Inspeção geral + Exatidão > 15%	10				10
Lacres	1				1
Marcha em vazio + Exatidão sem valores		11			11
Todos os ensaios aprovados				9	9
Total	11	11	1	9	32

2. Em quantos casos a solução diverge do analista?

Compara o grupo atribuído pela solução com a classificação manual, hoje deduzida do nome do arquivo (FRA, DEF, APROVADO).



Solução (linhas) × analista (colunas)

Solução	Defeito	Fraude	Ser
Defeito	11		
Fraude		11	
Total	31	31	


Laudos divergentes

Arquivo	Solução	Analista	Motivo
DEF_REP_03.pd f	Revisão manual	Defeito	Exatidão dent da tolerância; ou mais ensai qualitativos n:

3. Quais anomalias aparecem com mais frequência?

Escolha o grupo de classificação.

Casos classificados como



Base: 32 laudo(s) classificados como todos os grupos. Um laudo pode ter mais de uma anomalia.



Filtros

Classificação

- ☐ Fraude (corroborada)
- ☐ Defeito (corroborado)
- ☐ Revisão manual
- ☐ Sem indício

Status da OS

- ☐ OK
- ☐ OS AUSENTE

Data do ensaio


16/07/2026

18/11/2030

32 de 32 laudos após os filtros.


Triagem de Laudos de Aferição

Classificação automática e fila priorizada dos laudos de medidores · P6 — NExT Carreira em Dados 2026.1 (CESAR School)



Completude dos campos extraídos

Quantos laudos (após os filtros) têm cada campo preenchido ou validado.



Laudos sem OS entram na fila, mas não podem ser cruzados com a base da demandante (pergunta 2). Laudos sem erros de exatidão são os de ensaio NÃO REALIZADO.

Laudos com pendência de cadastro

Arquivo	Pendência	OS	UC	Data de retirada	Data do ensaio	Classificação
Exemplo Laudo 1.pdf	data no futuro	44660011	123	16/11/2030	18/11/2030	Sem indício
LAUDO_APROVADO_02.pdf	sem OS, sem UC			30/06/2026	28/08/2026	Sem indício
LAUDO_APROVADO_03.pdf	sem OS, sem UC			13/02/2026	17/09/2026	Sem indício
LAUDO_APROVADO_04.pdf	sem OS, sem UC			22/06/2026	17/09/2026	Sem indício
LAUDO_APROVADO_05.pdf	sem OS, sem UC			25/05/2026	18/08/2026	Sem indício
LAUDO_APROVADO_06.pdf	sem OS, sem UC			08/04/2026	28/08/2026	Sem indício
LAUDO_REP_DEF_01.pdf	sem OS, sem UC			05/06/2026	11/08/2026	Defeito (corroborado)
LAUDO_REP_DEF_02.pdf	sem OS, sem UC			05/06/2026	11/08/2026	Defeito (corroborado)