

PROCÉDURE DE MAÎTRISE DES ÉQUIPEMENTS DE MESURE

Réf. : RATP-SUC-PROC-007 — Version 3 — Date : 15/01/2025

Historique des révisions

Version	Date	Objet de la révision	Auteur
v1	12/03/2022	Création initiale	Eve Dupont
v2	07/09/2023	Ajout équipements dynamométriques	Eve Dupont
v3	15/01/2025	Mise à jour fréquences + liste COFRAC	Eve Dupont

1. Objet et domaine d'application

La présente procédure définit les modalités de maîtrise des équipements de mesure et de surveillance utilisés à l'atelier de Sucy-en-Brie, conformément à l'exigence **§7.1.5 de l'ISO 9001:2015**. Elle s'applique à tous les équipements dont les mesures influencent la conformité des produits et services.

2. Définitions

Étalonnage	Ensemble d'opérations établissant la relation entre les valeurs indiquées par un instrument de mesure
COFRAC	Comité Français d'Accréditation — organisme national d'accréditation reconnu par l'État.
Équipement périmé	Tout équipement dont la date limite d'étalonnage est dépassée. Ne peut être utilisé jusqu'à ré-étalonnage.

3. Inventaire des équipements soumis à étalonnage

Le tableau suivant liste les équipements de mesure critiques de l'atelier SUC. Les lignes en rouge signalent des équipements dont le certificat d'étalonnage est **périmé** à la date d'édition du présent document.

N° Poste	Désignation	Marque / Modèle	Plage	Fréquence	Dernier étalonnage	Prochain	Statut
P-001	Torsiomètre banc A	Facom / E.306	0–300 N·m	12 mois	02/03/2024	02/03/2025	OK
P-004	Manomètre pression	Sauermann / SI-181	0–10 bar	12 mois	14/06/2024	14/06/2025	OK
P-008	Clé dynamométrique	Snap-on / QJDQ2N200	40–200 N·m	12 mois	10/10/2023	10/10/2024	PÉRIMÉ
P-010	Multimètre électrique	Fluke / 117	—	24 mois	03/01/2024	03/01/2026	OK
P-012	Clé dynamométrique	Facom / S.205A	20–100 N·m	12 mois	05/10/2023	05/10/2024	PÉRIMÉ
P-015	Clé dynamométrique	Facom / S.306	60–300 N·m	12 mois	11/10/2023	11/10/2024	PÉRIMÉ
P-017	Pied à coulisse digital	Mitutoyo / 500-196	0–150 mm	24 mois	22/04/2024	22/04/2026	OK
P-020	Thermomètre IR	Testo / 830-T1	–30/+400 °C	12 mois	18/07/2024	18/07/2025	OK

Situation au 15/01/2025 : 3 clés dynamométriques (P-008, P-012, P-015) présentent un certificat d'étalonnage échu depuis plus de 14 mois. Ces équipements sont à mettre en quarantaine immédiate.

4. Responsabilités

Responsable Métrologie (poste vacant depuis septembre 2024) : planification des étalonnages, tenue du registre, validation des certificats COFRAC, mise en quarantaine des équipements hors délai. Par intérim : Responsable Qualité (Mei Lin Zhang).

Techniciens de maintenance : signalement immédiat de tout équipement dont la date limite approche (J-30). Ne pas utiliser un équipement dont le statut est PÉRIMÉ.

5. Références normatives

- ISO 9001:2015 §7.1.5 — Ressources pour la surveillance et la mesure
- ISO/IEC 17025:2017 — Exigences générales pour la compétence des laboratoires
- NF EN ISO 6789-1:2017 — Outils à serrage par couple — Exigences de conception et de conformité
- COFRAC LAB REF-02 — Politique d'accréditation des laboratoires d'étalonnage