

Informe Comparativo de Calibraciones y Mediciones

Combinación A: **P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]** vs. Combinación B: **P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]**

Parámetro	Combinación A P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]	Combinación B P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]
Fecha de generación	15/10/2026 21:36	15/10/2026 21:36
Combinación	P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]	P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]
Puesto en ranking global	#1 de 12	#3 de 12
Método de cálculo	Completo (original)	Completo (acondicionado)
Patrón Corto / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p
Patrones líquidos	Agua + Alcohol etilico	Agua + Alcohol etilico
Banda analizada	0.5 - 6.0 GHz	0.5 - 6.0 GHz
Score Promedio Global	0.1326	0.1341
Score Patrones (ajuste)	n/a	n/a
Score Muestras (validación)	0.1326	0.1341
Acondicionamiento Gn	Original (sin acond.)	transicion_polinomica_cero (automatico)

Diagnóstico de Conductancia Normalizada Gn(f)






Resumen Comparativo de Líquidos Evaluados

Líquido / Muestra	Rol Combo A	Score Global Combo A	Rol Combo B	Score Global Combo B	Comparativa (Mejor score)
Alcohol isopropilico	Muestra	**0.1326**	Muestra	0.1341	**Combo A** (-0.0015)

Comparativa para líquido: Alcohol isopropilico



Desglose comparativo de error absoluto por intervalo — Alcohol isopropilico

Calibración	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
Combo A P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]	0.50 - 2.00 GHz	0.1405	0.5119	0.2880	0.4321
Combo A P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]	2.00 - 4.00 GHz	0.1371	0.1598	0.0596	0.1373
Combo A P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (original)]	4.00 - 6.00 GHz	0.1565	0.1847	0.0141	0.0450
Combo B P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]	0.50 - 2.00 GHz	0.2101	0.7088	0.2272	0.3302
Combo B P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]	2.00 - 4.00 GHz	0.1371	0.1598	0.0596	0.1373
Combo B P3: Agua | P4: Alcohol etilico [Completo (acondicionado)]	4.00 - 6.00 GHz	0.1565	0.1847	0.0141	0.0450