非血緣者間骨髓採取認定施設 採取責任医師 各 位

財団法人 骨髄移植推進財団 ドナー安全委員会

骨髄バッグの分注について(お願い)

拝啓

時下、皆様方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は骨髄バンク事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、一昨年緊急安全情報「骨髄運搬中に骨髄液が漏出した事例(通知)」(平成 15 年 2 月 3 日発)(別紙)にて、「可能な限り、骨髄液は複数のバッグに分けること。」をお願いしておりますが、患者保護の観点から、再度通知させていただきました。

ついては、<u>骨髄**バックは可能な限り複数のバッグ**</u>に分けていただきたくお願い申し上げます。

何卒ご対応の程お願い申し上げます。

敬具

ご質問、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ドナーコーディネート部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-19 廣瀬第二ビル 7F TEL:03-5280-2200