

CAPTEURS ET POMPES

Une heure de mains étrangères près de vos appareils.

Fausse hypos

Une pression sur le capteur peut afficher une baisse irréaliste. Confirmez au glucomètre

Sans balayer

Une vraie hypo peut ressembler à une compression. Dans le doute, piquez

Pas d'huile

Dexcom et Abbott : la lotion empêche l'adhésif de tenir. Une main de largeur libre

Montrez-les

Montrez le capteur et le cathéter avant de vous allonger

Pompe à portée

Si vous la débranchez, convenez de la durée avec votre équipe — et rebranchez

Alarmes

Une alarme pendant la séance n'est pas une interruption dont il faut s'excuser