

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-06

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý

PIE01443

Range/Dải đo

1.0-1.65mm

Calibration Date /Ngày thực hiện : 14/03/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 14/03/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện

CôngTy MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
1	1.02	±5%	1.05	0.9	Pass
1.65	1.68	±5%	1.73	1.6	Pass

Thực hiện bởi:

TanL

Kiểm tra bởi:

Ngân