

MOONPO VINA

Lô CN-21, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Đường Lê Hồng, Tỉnh Nghệ An



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-245

Object/Tên thiết bị:	Jig test chức năng	Calibration Date /Ngày thực hiện:	25/08/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất:		Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	25/08/2027
Asset/Số quản lý:	PIE03986	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:	DC Voltage	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HICKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.51	±5%	4.725	4.275	Pass
3.6	3.64	±5%	3.78	3.42	Pass
3.1	3.12	±5%	3.265	2.945	Pass

Thực hiện bởi: disKiểm tra bởi: MTZ