

MOONPO VINA

Là CN-ĐK-Kiểm định chuyên ngành Đồng Ván IV,
Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội



Object/Tên thiết bị: Jig Go & No Go
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE05325
 Asset/Số quản lý: 8.7mm
 Range/Dải đo: 8.7mm
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-275

Calibration Date /Ngày thực hiện: 12/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 12/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
8.7	8.71	±0,5	8.7435	8.6565	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: