

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Công Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-319

Object/ Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date / Ngày thực hiện:

08/10/2026

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

08/10/2027

Asset/Số quản lý:

PIE05488

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.06	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.26	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.48	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: