

MOONPO VINA

Là Công ty Công nghệ Đo lường và Phân tích, Phường

Là 24 (Thị trấn) Thuận

**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-190

Object/Tên thiết bị: Thước kẹp (Caliper)
 Manufacturer/Nhà sản xuất: Guanglu
 Model/Kiểu: 111-103-10G
 Asset/Số quản lý: PIE04755
 Range/Dải đo: 300mm/0,01mm
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn thước cặp

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25,3°C/55,3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03892		Gauge Block Set Level 2	22/07/2027	TSG-0-672242

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên ngoài**

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0,02	20,01	20,00
	50	0,02	50,00	50,01
	100	0,02	100,00	99,99
	180	0,02	180,00	180,01

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19,98	20,01	20,02	Pass
	50	49,98	50,01	50,02	Pass
	100	99,98	100,00	100,02	Pass
	180	179,98	180,01	180,02	Pass

2. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên trong

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	20	0,02	20,00	20,00
	50	0,02	50,00	49,99
	100	0,02	100,00	100,00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	20	19,98	20,00	20,02	Pass
	50	49,98	50,00	50,02	Pass
	100	99,98	100,01	100,02	Pass

3.Depth Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo độ cao

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0,02	20,00	20,01
	50	0,02	50,00	50,01
	100	0,02	100,00	99,99
	180	0,02	180,01	180,00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19,98	20,01	20,02	Pass
	50	49,98	50,01	50,02	Pass
	100	99,98	100,00	100,02	Pass
	180	179,98	180,01	180,02	Pass

Thực hiện bởi: TuyenKiểm tra bởi: Hoang