

Object/Tên thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date / Ngày thực hiện: 18/05/2026
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: Twintex Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 18/05/2027
 Model/Kiểu: TM-197 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 50628 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	351.4	351.35	($\pm$) 1%	0.01	Pass
V	3.707	3.7015	($\pm$) 1%	0.15	Pass
V	30.07	30.024	($\pm$) 1%	0.15	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	($\pm$) 1%	0.02	Pass
mA	16.736	16.73	($\pm$) 1%	0.04	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10k Ω	9.84	9.882	($\pm$) 1%	-0.43	Pass
100k Ω	100	100.33	($\pm$) 1%	-0.33	Pass