

MOONPO VINA

Lô CN-51, Khu 03A, Đường Đặng Văn Ngữ,
Phường Lê Hồng, Quận Bình Thạnh



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-241

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE01069
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 25/08/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 25/08/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.8	4.83	±5%	5.04	4.56	Pass
3.6	3.66	±5%	3.78	3.42	Pass
4.5	4.63	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 