



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Mã số GCN / Certificate No. : C202607-00069

Page 1 of 3

Khách hàng :

Client

CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM.

Địa chỉ :

Address

Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Tên thiết bị :

Sample Name

Máy quét mã vạch / Bar code scanner

Kiểu máy :

Model

D4000

Đặc trưng kỹ thuật :

Technical specifications

/

Mã xuất xưởng :

Serial No.

987654443776

Mã Quản Lý :

Management No.

FA70708

Nhà sản xuất :

Manufacturer

RJS

Ngày nhận mẫu / Received Date :

2026-07-14

Ngày hiệu chuẩn / Calibration Date :

2026-07-14

Ngày phát hành / Issue Date :

2026-07-14

Ngày HC đề nghị / Recalibration Date :

2027-07-13

Người hiệu chuẩn / Calibrated by

Mark

Mark

Người kiểm tra / Checked by

Patrick

Patrick

Người phê duyệt / Approved by

Patrick

Patrick



Mã xác minh / Verification code :

G2607130350

Hiệu lực của giấy chứng nhận /

Valid of calibration certificate :

- GCN được đóng dấu chìm
The Certificate is stamped with embossed seal
- GCN phải có mã xác minh chống giả
The certificate has an anti-counterfeit verification code
- GCN được in hai mặt
The Certificate is two-side printing

Đơn vị cấp GCN (đóng dấu)
Issued By (Stamp)



GENERAL STANDARD TECHNICAL SERVICES CO., LTD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN THÔNG DỤNG

THUYẾT MINH
Calibration Directions

Mã số GCN / Certificate No. : C202607-O0069

Page 2 of 3

- Hệ thống chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017. Các giá trị của các chuẩn đo lường được sử dụng trong lần hiệu chuẩn này có thể được truy xuất trên Hệ Đo Lường Quốc tế (SI).
The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017. The value of the standard used for calibration can be traced to the SI units.
- Kết quả hiệu chuẩn của giấy chứng nhận chỉ có giá trị đối với các mẫu được hiệu chuẩn. Giấy chứng nhận không được đóng dấu ký tên, dữ liệu bị tẩy xóa hoặc sử dụng tách biệt thì sẽ không có hiệu lực. Nếu không được công ty phê duyệt bằng văn bản, thì không được phép sao chép nội dung của giấy chứng nhận hiệu chuẩn.
This calibration result is valid only for the current calibration of this sample. This certificate is invalid without signature, data alteration, or separate use. This certificate may not be partly duplicated without the written approval of Our Company.
- Kết quả đánh giá độ không đảm bảo đo được biểu thị dưới dạng độ không đảm bảo mở rộng U hoặc độ không đảm bảo mở rộng tương đối U_{rel} với hệ số phủ $k=2$, mức tin cậy 95%. Ngày hiệu chuẩn đề nghị là theo yêu cầu của khách hàng.
Uncertainty evaluation results are expressed as expanded uncertainty U or relative expanded uncertainty U_{rel} with a coverage factor $k=2$, at approximately 95% coverage probability. The recalibration date is the customer's request.
- Tài liệu cơ sở kỹ thuật tham khảo (mã, tên) / Reference documents for the calibration (code, name) :
GST_DL_O006-2026 Máy quét mã vạch - Quy trình thử nghiệm / Bar code scanner - Testing procedure
- Trong GCN, "P" có nghĩa là kết quả đo nằm trong phạm vi cho phép, "F" có nghĩa là kết quả đo không nằm trong phạm vi cho phép, "N/A" có nghĩa là không xác định, điểm đo có dấu "※" thể hiện nó không nằm trong phạm vi được AOOSC công nhận. Công ty có quyền giải trình cuối cùng về nội dung của giấy chứng nhận hiệu chuẩn.
In the certificate, "P" means that the measurement result is within the allowable range, "F" means that the measurement result is not within the allowable range, "N/A" means not applicable, the measurement points marked with "※" indicate that they are not within the scope of AOOSC's approval. Our company has the final right to interpret the calibration certificate contents.
- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
This calibration object is not used to quantify goods and services in public service activities such as purchase and sales, payment, security, public health protection, environmental protection, inspection, and judicial appraisal; this calibration object cannot be directly used to verify the calibration objects of the two groups.
- Địa điểm và điều kiện môi trường hiệu chuẩn / Calibration location, environmental conditions :

Địa điểm
Location Phòng thí nghiệm của công ty chúng tôi / Our company Laboratory

Nhiệt độ Temperature	(25 ± 10) °C	Độ ẩm tương đối Relative humidity	≤ 85 %	Khác Others	/
-------------------------	--------------	--------------------------------------	--------	----------------	---

8. Chuẩn đo lường chính được sử dụng / The main measurement standards used in this calibration :

Tên thiết bị Equipment name	Mã thiết bị Equipment No.	Phạm vi đo Measurement range	Độ không đảm bảo đo / Cấp độ chính xác / Sai số cho phép Uncertainty / Accuracy class / MPE	Mã GCN Certificate No.	Ngày hết hạn Due date	Dẫn xuất chuẩn đến Traceable to
Thước vạch bằng thép / Steel ruler	GST-ME-L0031	(0 ~ 500) mm	$U=0.15 \text{ mm}, k=2$	INT-GST1125/03	2026-11-24	INT-EST

Kết quả xem trang sau / Data on next page



GENERAL STANDARD TECHNICAL SERVICES CO., LTD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN THÔNG DỤNG



KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
Results of Calibration

Mã số GCN / Certificate No. : C202607-00069

Page 3 of 3

1. Kiểm tra ngoại quan và tính năng làm việc thông thường / Appearance & working performance check : Đạt / Pass

2. Kết quả hiệu chuẩn / Calibration result

Mã vạch tiêu chuẩn Standard barcode	Quét kết quả nhận dạng từ mã tiêu chuẩn Scan recognition results from the standard code			Kết luận P / F
0123456789	100 mm	200 mm	300 mm	P
	Yes	Yes	Yes	
ABCDEFGHIJKL	100 mm	200 mm	300 mm	P
	Yes	Yes	Yes	
MNOPQRSTUVWXYZ	100 mm	200 mm	300 mm	P
	Yes	Yes	Yes	

- Ghi chú
Remark
- 1) Yes - Chỉ khoảng cách từ mẫu được hiệu chuẩn đến mã tiêu chuẩn có thể nhận dạng chính xác;
Yes - It means that the standard code of the sample sample can be correctly identified;
 - 2) No - Chỉ khoảng cách từ mẫu được hiệu chuẩn đến mã tiêu chuẩn không thể nhận dạng chính xác;
No - It means that the standard code of the sample is not identified correctly;

————— Kết thúc giấy chứng nhận / No data hereafter —————



GENERAL STANDARD TECHNICAL SERVICES CO., LTD
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN THÔNG DỤNG

