

MOONPO VINA

Lô CN-82, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Đồng Văn, Quận Bình Tân, TP. HCM



Object/Tên thiết bị:
Manufacturer/Nhà sản xuất:
Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Jig Go & No Go

PIE05324

8,5mm - 8,8 mm

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-232

Calibration Date / Ngày thực hiện: 17/08/2026
Due Date / Hạn hiệu chuẩn: 17/08/2027
Result / Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location / Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment / Điều kiện môi trường: 25,4°C/54,8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
8,5	8,53	±0,5	8,5425	8,4575	Pass
8,8	8,82	±0,5	8,844	8,756	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: