

**MOONPO VINA**  
 Là Công ty TNHH Công nghệ Việt Nam, Phòng LC



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

**MPVN-2026-70**

|                                  |                                       |                                     |                |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Object/Tên thiết bị:             | Digital Multimeter                    | Calibration Date /Ngày thực hiện:   | 20/05/2026     |
| Manufacturer/Nhà sản xuất:       | Twintex                               | Due Date/Hạn hiệu chuẩn:            | 20/05/2027     |
| Model/Kiểu:                      | TM-197                                | Result/Kết quả hiệu chuẩn:          | PASS           |
| Asset/Số quản lý:                | 51001                                 | Calibration Location/Nơi thực hiện: | MOONPO VINA    |
| Range/Dải đo:                    | DC, Amp, Ω                            | Environment/Điều kiện môi trường:   | 25.3°C/55.3%RH |
| Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: | Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng |                                     |                |

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer   | Model   | Due Date       | Report Number      |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất   | Kiểu    | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 1              | HIOKI          | DT4282  | 01/04/27       | TSG-644666         |
| 2              | Power Supply   | KA3005D | 15/05/2027     | MPVN-2026-89       |
| 3              | Điện Trở 300 Ω |         | 15/05/2027     | MPVN-2026-60       |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

### 1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>(±) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| mV              | 351.3                                                   | 351.13                                               | (±) 1%        | 0.05         | Pass         |
| V               | 3.712                                                   | 3.7011                                               | (±) 1%        | 0.29         | Pass         |
| V               | 30.12                                                   | 30.026                                               | (±) 1%        | 0.31         | Pass         |

### 2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>(±) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| mA              | 10.012                                                  | 10.01                                                | (±) 1%        | 0.02         | Pass         |
| mA              | 16.734                                                  | 16.73                                                | (±) 1%        | 0.02         | Pass         |

### 3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>(±) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10kΩ            | 9.83                                                    | 9.877                                                | (±) 1%        | -0.48        | Pass         |
| 100kΩ           | 99.9                                                    | 100.28                                               | (±) 1%        | -0.38        | Pass         |

Thực hiện bởi:

*HA*

Kiểm tra bởi:

*HA*