

MOONPO VINA

Lô 21-91, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,

Phước Ninh 1, H. Phước Ninh, TP. Đà Nẵng



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-211

Object/Đối tượng thiết bị:

Jig kiểm tra chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

08/05/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

07/05/2027

Asset/Số quản lý:

PIE06175

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

測試機架校準記錄				
型號: STAR WARS BOT IT		名稱: Jig JIG		部門: PIE
允差: ☒ %;		電壓允差: <u>±5%</u> V; ☒ dB.		
規格	指示值	實際值	校準日期: <u>26.5.2</u>	標準儀器: <u>數位表</u>
DC	V ₁ 3.0V	3.01 ✓	有效期至: <u>27.5.7</u>	編號: <u>CUS0990</u>
	V ₂ 3.2V	3.21 ✓	結 論: <u>合格</u>	黃金板編號: ☒
	V ₃ 2.6V	2.61 ✓	校 準 人: <u>吳玉龍</u>	



Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

f. brand