

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-323

Object/Tên thiết bị: Cân điện tử (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Meilen

Model/Kiểu: MT-01

Asset/Số quản lý: PIE06636

Range/Dải đo: 1000g/0,01g

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 1000g

d (Độ phân giải): 0,01g

Min (Tải nhỏ nhất): 0,03

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

Calibration Date /Ngày thực hiện: 07/10/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 07/10/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 <m≤ 50 ± 0.05 g

Loading level (Mức tải) 2 : 50 <m≤ 200 ± 0,1 g

Loading level (Mức tải) 3 : 200 <m≤ 1000 ± 0,15 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	500.02	500.02	500.01	500.02	± 0.15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	500.02					
Độ lặp lại Repeatability(g)	0.0050					

2. Repeatability Test @Load P= 1000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	999.85	999.87	999.89	1000	± 0,15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	999.878					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.022					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 200g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	200.04	200.05	200.02	200.07	200.04	± 0,1	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		0.01	-0.02	0.03	0		
Độ lệch tâm của cân		0.03					



4. Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	50	g	49.98	-0.02	± 0.05	Pass/Đạt
2	200	g	199.98	-0.02	± 0.1	Pass/Đạt
3	500	g	499.93	-0.07	± 0.15	Pass/Đạt
4	1000	g	999.89	-0.11	± 0.15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: