MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-366

Object/Tên thiết bị:	Jig test chức năng	**Calibration Date /Ngày thực hiện:**	27/10/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất:		**Due Date/Hạn hiệu chuẩn:**	27/10/2027
Asset/Số quản lý:	PIE00568	**Result/Kết quả hiệu chuẩn:**	PASS
Range/Dải đo:	DC Voltage	**Calibration Location/Nơi thực hiện:**	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng	**Evironment/Điều kiện môi trường:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.09	±5%	3.15	2.85	Pass
3.4	3.47	±5%	3.57	3.23	Pass
2.5	2.52	±5%	2.625	2.375	Pass

Thực hiện bởi: _____ Kiểm tra bởi: _____