

MOONPO VINA

Lô 1A, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Ninh, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-199

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE05214

Range/Dải đo: 1.05-51mm

Calibration Date /Ngày thực hiện:

22/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

22/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

24.6°C/55%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Caliper

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1			19/05/2027	MPVN-2026-61

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test / Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo (g)/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ± 0.01	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
1.05	1.05	± 0.01	1.06	1.04	Pass
2.10	2.09	± 0.01	2.11	2.09	Pass
43.0	43.01	± 0.01	43.01	42.99	Pass
1.70	1.69	± 0.01	1.71	1.69	Pass
3.40	3.39	± 0.01	3.41	3.39	Pass
51.00	50.99	± 0.01	51.01	50.99	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: