

MOONPO VINALô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Mỹ, xã Hòa, Tỉnh Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-183

Object/Tên thiết bị: Power Supply
 Manufacturer/Nhà sản xuất: KORAD
 Asset/Số quản lý: PIE03328
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE $\pm 0,5\% +20 \text{ Mv}$	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3,0	2,9939	$\pm 0,5\% +20 \text{ Mv}$	3,035	2,965	Pass
7	7,001	$\pm 0,5\% +20 \text{ Mv}$	7,055	6,495	Pass
12	11,998	$\pm 0,5\% +20 \text{ Mv}$	12,08	11,92	Pass

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Hocb