

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu B, Đường Nguyễn Văn IV,
Phường 14-Hồ, Tỉnh Tiền Giang



Object/Tên thiết bị:

Jig test kẹp

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý:

PIE01444

Range/Dải đo:

4.2-46.7mm

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-258

Calibration Date/Ngày thực hiện:

09/09/26

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

09/09/27

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	8.99	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.12	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.75	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: