MOONPO VINA
Lô CN-D1, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-349

Object/Tên thiết bị:	Jig test kẹp
Manufacturer/ Nhà sản xuất:	
Asset/Số quản lý:	PIE04319
Range/Dải đo:	4.2-46.7mm
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

Calibration Date /Ngày thực hiện:	22/10/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	22/10/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Evironment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/64.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9,0	8,82	±5%	9,45	8,55	Pass
4,2	4,16	±5%	4,41	3,99	Pass
46,7	46,82	±5%	49,035	44,365	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____