MOONPO VINA

Lô CN-01, Cụm Công Nghiệp Bồng Vân IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-372

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test chức năng	Calibration Date /*Ngày thực hiện:*	28/10/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*	28/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00917	Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	Calibration Location/*Nơi thực hiện:*	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*	*Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*	Evironment/*Điều kiện môi trường:*	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.2	3.25	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.43	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____