

Object/ Tên thiết bị: Lực kế Calibration Date / Ngày thực hiện: 01/08/2026  
Manufacturer/ Nhà sản xuất: Best Tool AIGU Due Date/ Hạn hiệu chuẩn: 01/08/2027  
Model/ Kiểu: AIGU TK-10000 Result/ Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
Asset/ Số quản lý: PIE06426 Calibration Location/ Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
Range/ Dải đo: 10000g/200g Environment/ Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH  
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế  
STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model                                | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu                                 | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| PIE03894       |              | Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg | 22/07/2027     | TSG-0-672240       |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

## 1. Drag Function/ Chức năng kéo

| Range<br>Dải đo (g) | Nominal<br>Giá trị thiết lập (g) | MPE | Lần 1<br>No.1 | Lần 2<br>No.2 |
|---------------------|----------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 1000                | 1000                             | 200 | 1000          | 1000          |
| 5000                | 5000                             | 200 | 5000          | 5000          |
| 10000               | 10000                            | 200 | 10000         | 10000         |

| Range<br>Dải đo | Nominal<br>Giá trị thiết lập (mm) | Lower Limited<br>Giới hạn dưới | Reading Average<br>Giá trị đọc trung bình | Upper Limited<br>Giới hạn trên | Result<br>Kết quả |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1000            | 1000                              | 800                            | 1000,00                                   | 1200                           | Pass              |
| 5000            | 5000                              | 4800                           | 5000,00                                   | 5200                           | Pass              |
| 10000           | 10000                             | 9800                           | 10000,00                                  | 10200                          | Pass              |