MOONPO VINA

Lô CN-02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-346

Object/*Tên thiết bị:*	Digital Multimeter	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	21/10/2026
Manufaturer/ *Nhà sản xuất:*	VICI	**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	21/10/2027
Model/Kiểu:	VC97A	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Asset/*Số quản lý:*	PIE05649	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Range/*Dải đo:*	DC, Amp ,Ω	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.3°C/55.3%RH
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*	Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng		

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
3V	3.08	3.08	(±) 1%	0.00	Pass
5V	5.01	5.01	(±) 1%	0.00	Pass
12V	12.02	12.03	(±) 1%	-0.08	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	0.016	0.016	(±) 1%	0.00	Pass
mA	0.022	0.023	(±) 1%	-0.04	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10kΩ	9.84	9.83	(±) 1%	0.10	Pass
100kΩ	99.90	99.80	(±) 1%	0.10	Pass

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____