

Lê Quốc Lê, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-255

Objekt/Ten thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date / Ngày thực hiện:

09/09/26

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

09/09/27

Asset/Số quantity.

PIE00173

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PÁSS

Range/Dal do:

DC Voltage

Calibration Location/Noi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
61195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Đãi đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.43	±5%	3.57	3.23	Pass
3	3.08	±5%	3.15	2.85	Pass
2.4	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: