

MOONPO VINA

Lô 21/01, Khu công nghiệp Đồng An IV,
Phước An & Hồ, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-59

Object/Tên thiết bị: Power Supply
Manufacturer/Nhà sản xuất: KORAD
Asset/Số quản lý: 50540
Range/Dải đo: DC Voltage
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 18/05/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 18/05/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE $\pm 0.5\%$	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.059	$\pm 0.5\%$	3.15	2.85	Pass
10	10.01	$\pm 0.5\%$	10.5	9.5	Pass
20	20.02	$\pm 0.5\%$	21	19	Pass
30	29.99	$\pm 0.5\%$	31.5	28.5	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: