

MOONPO VINALô CN 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 2 & 4, Thị trấn Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-224

Object/Tên thiết bị:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

Lực kế

Best Tool AIGU

AIGU

PIE06426

500g/10g

Calibration Date /Ngày thực hiện:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

Calibration Location/Nơi thực hiện:

Environment/Điều kiện môi trường:

01/08/2026

01/08/2027

PASS

MOONPO VINA

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03893

Standard Weight Set

22/07/2027

TSG-0-672239

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Drag Funtion/Chức năng kéo**

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100	100
200	200	10	200	200
500	500	10	500	500

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100,00	110	Pass
200	200	190	200,00	210	Pass
500	500	490	500,00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: