

MOONPO VINA

Là CN-CP, Công ty TNHH Đồng Vưu IV,
Số 8/8, Ngõ 1, Phố Nguyễn Đình



Object/Tên thiết bị/M

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go

Jig Go & No Go

PIE05316

8.5mm - 8.7 mm

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-233

Calibration Date /Ngày thực hiện:

17/08/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

17/08/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25,4°C/54,8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE $\pm 0,5\%$	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
8.5	8.53	$\pm 0,5$	8.5425	8.4575	Pass
8.7	8.71	$\pm 0,5$	8.7435	8.6565	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: