



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-654559



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: OWON
Manufacturer:
Tên thiết bị: Máy Hiện Sóng
Description: Digital Oscilloscope
Kiểu: SDS1022
Model Number:
Phạm vi đo:
Size / Range: All checked
Số hiệu: SDS10222332416
Serial #:
Số quản lý: 51089
Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: Duong Nguyen
Calibrated By:
Ngày hiệu chuẩn: 15/MAY/2026
Calibration Date:
Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 15/MAY/2027
Recommended Due:
Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng
Calibration Location: On-Site
Điều kiện khi nhận: Giới hạn chức năng sử dụng
Condition Received: LIMITED CALIBRATION
Điều kiện khi trả: Giới hạn chức năng sử dụng
Condition Returned: LIMITED CALIBRATION

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/002884
P.O. Number:
Ngày ban hành: 2026-05-25 02:08:27.8870000 -07:00
Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: TEV-EL010-21
Procedure:
Điều kiện môi trường: 23 °C / 55 %RH
Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark): Limited : CH2 out of tolerance

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị	Nhà Sản Xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy C.N. Số	Liên kết chuẩn
Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number	Traceability
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/07/2026	TSG-546593-R1	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654559

Nhà sản xuất / Manufacturer :
OWON

Kiểu / Model :
SDS1022

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51089 / SDS10222332416

1. Kiểm tra độ chính xác trở kháng đầu vào

Input impedance accuracy test

Kênh Channel	Trở kháng Impedance	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
1	1 MΩ	1.0009 MΩ	0.9800 MΩ	1.0200 MΩ	Đạt/Pass	0.0001 MΩ
2	1 MΩ	1.0010 MΩ	0.9800 MΩ	1.0200 MΩ	Đạt/Pass	0.0001 MΩ

2. Kiểm tra độ lợi điện áp DC

DC gain accuracy test

Kênh 1 / Channel 1

Thang đo dọc Vertical scale	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
5 mV/div	30 mV	29.98 mV	29.10 mV	30.90 mV	Đạt/Pass	0.10 mV
10 mV/div	60 mV	60.85 mV	58.20 mV	61.80 mV	Đạt/Pass	0.16 mV
20 mV/div	120 mV	123.11 mV	116.40 mV	123.60 mV	Đạt/Pass	0.27 mV
50 mV/div	300 mV	302.4 mV	291.0 mV	309.0 mV	Đạt/Pass	0.6 mV
100 mV/div	600 mV	607.4 mV	582.0 mV	618.0 mV	Đạt/Pass	1.2 mV
200 mV/div	1.2 V	1.2134 V	1.1640 V	1.2360 V	Đạt/Pass	0.0024 V
500 mV/div	3 V	3.024 V	2.910 V	3.090 V	Đạt/Pass	0.006 V
1 V/div	6 V	6.037 V	5.820 V	6.180 V	Đạt/Pass	0.012 V
2 V/div	12 V	12.202 V	11.640 V	12.360 V	Đạt/Pass	0.023 V
5 V/div	30 V	30.55 V	29.10 V	30.90 V	Đạt/Pass	0.06 V

Kênh 2 / Channel 2

Thang đo dọc Vertical scale	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
5 mV/div	30 mV	44.04 mV	29.10 mV	30.90 mV	Không đạt/Fail	0.10 mV
10 mV/div	60 mV	78.23 mV	58.20 mV	61.80 mV	Không đạt/Fail	0.16 mV
20 mV/div	120 mV	142.12 mV	116.40 mV	123.60 mV	Không đạt/Fail	0.27 mV
50 mV/div	300 mV	323.5 mV	291.0 mV	309.0 mV	Không đạt/Fail	0.6 mV
100 mV/div	600 mV	631.6 mV	582.0 mV	618.0 mV	Không đạt/Fail	1.2 mV
200 mV/div	1.2 V	1.6023 V	1.1640 V	1.2360 V	Không đạt/Fail	0.0024 V
500 mV/div	3 V	3.404 V	2.910 V	3.090 V	Không đạt/Fail	0.006 V
1 V/div	6 V	6.421 V	5.820 V	6.180 V	Không đạt/Fail	0.012 V
2 V/div	12 V	12.528 V	11.640 V	12.360 V	Không đạt/Fail	0.023 V
5 V/div	30 V	30.99 V	29.10 V	30.90 V	Không đạt/Fail	0.06 V

Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654559

Nhà sản xuất / *Manufacturer* :
OWON

Kiểu / *Model* :
SDS1022

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
51089 / SDS10222332416

3. Kiểm tra bằng thông

Bandwidth test

Reference 50KHz , 100mV/div

Kênh <i>Channel</i>	Tần số <i>Frequency</i>	Giá trị đo được <i>Measured value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
1	20 MHz	468.5 mV	≥ 425 mV	Đạt/Pass	10.0 mV
2	20 MHz	468.5 mV	≥ 425 mV	Đạt/Pass	10.0 mV

4. Kiểm tra độ chính xác tốc độ lấy mẫu

Sampling rate accuracy test

Giá trị danh định <i>Nominal value</i>	Giá trị đo được <i>Measured value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limit</i>		Kết quả <i>Result</i>
		Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>	
0 ppm	20 ppm	-100 ppm	100 ppm	Đạt/Pass

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*



Thực hiện bởi:
Performed by

Nguyen Van Duong