MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-353

Object/*Tên thiết bị:*	Hộp nguồn	Calibration Date /*Ngày thực hiện:*	24/10/2026
Manufacturer/ *Nhà sản xuất:*		Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*	24/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00095	Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	Calibration Location/*Nơi thực hiện:*	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test*		Evironment/*Điều kiện môi trường:*	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
6.0	6.02	±5%	6.3	5.7	Pass
9	9.12	±5%	9.45	8.55	Pass
12	12.13	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: