

MOONPO VINA

Lô CH 01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-256

Object/Tên thiết bị:	Jig test chức năng	Calibration Date /Ngày thực hiện:	09/09/26
Manufacturer/Nhà sản xuất:	PIE00175	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	09/09/27
Asset/Số quản lý:	DC Voltage	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:		Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Test/chức năng	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/64.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.53	±5%	4.725	4.275	Pass
3.1	3.06	±5%	3.255	2.945	Pass
2.3	2.36	±5%	2.415	2.185	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: