MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-116

Object/*Tên thiết bị*:	Jig test chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện*:**	21/05/2026
Manufacturer/ *Nhà sản xuất*:		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn*:**	21/05/2027
Asset/*Số quản lý*:	PIE03856	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn*:**	PASS
Range/*Dải đo*:	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện*:**	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn*:	*Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*	**Evironment/*Điều kiện môi trường*:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
2.5	2.51	±5%	2.625	2.375	Pass
3.5	3.51	±5%	3.675	3.325	Pass
4.5	4.5	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____