

MOONPO VINA

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-230

Là CN-BT của công ty Moonpo Vina IV,
trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh



Object/Tên thiết bị:

Jig Go & No Go

Calibration Date /Ngày thực hiện:

17/08/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

PIE05317

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

17/08/2027

Asset/Số quản lý:

8.5mm - 8.7 mm

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE $\pm 0,5\%$	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
8,5	8,53	$\pm 0,5$	8,5425	8,4575	Pass
8,7	8,71	$\pm 0,5$	8,7435	8,6565	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: