

MOONPO VINALà Công ty Công nghiệp Đầu tư và Phát triển,
27A, Lê Lợi, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-21

Object/Tên thiết bị: JIG kiểm tra kích thước chân Pin
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE05808
 Asset/Số quản lý: 26.1 mm – 28.1 mm
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn Jig đặc biệt

Calibration Date /Ngày thực hiện: 14/05/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 14/05/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Calipper


Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51235	Shanliang	D15MT	19/05/2027	MPVN-2026-61

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Jig Accuracy Test Go gause / Kiểm tra độ chính xác**

Range/Function Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
27.1	28.04	±5%	28.46	25.75	Pass

2. Jig Accuracy Test No – No gause / Kiểm tra độ chính xác

Range/Function Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
26.1	26.1	±5%	27.41	24.80	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 