MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công nghiệp Công Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-384

Object/*Tên thiết bị*:	Jig test chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện*:**	06/11/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất*:		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn*:**	06/11/2027
Asset/*Số quản lý*:	PIE00521	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn*:**	PASS
Range/*Dải đo*:	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện*:**	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn*: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng		**Evironment/*Điều kiện môi trường*:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.1	3.08	±5%	3.255	2.945	Pass
4.5	4.47	±5%	4.725	4.275	Pass
2.3	2.28	±5%	2.415	2.185	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____