

## MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-313

Object/Tên thiết bị: Cân điện tử (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Mettler

Model/Kiểu: MT-01

Asset/Số quản lý: PIE03674

Range/Dải đo: 1000g/0,01g

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 1000g

d (Độ phân giải): 0,01g

Min (Tải nhỏ nhất): 0,03

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

Calibration Date/Ngày thực hiện: 03/10/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/10/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25,1°C/54,7%RH

Standard Weight Set: F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1: 0 &lt;m≤ 50 ± 0,05 g

Loading level (Mức tải) 2: 50 &lt;m≤ 200 ± 0,1 g

Loading level (Mức tải) 3: 200 &lt;m≤ 1000 ± 0,15 g

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 1000 g



| Test No.<br>Lần kiểm                    | 1      | 2      | 3      | 4      | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Giá trị hiển thị<br>UUT Value           | 499.85 | 499.87 | 499.92 | 499.97 | ± 0.15  | Pass/Đạt           |
| Giá trị trung bình<br>Average value (g) | 499.90 |        |        |        |         |                    |
| Độ lặp lại<br>Repaatability(g)          | 0.0538 |        |        |        |         |                    |

2. Repeatability Test @Load P= 1000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 1000 g

| Test No.<br>Lần kiểm                    | 1       | 2      | 3      | 4      | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Giá trị hiển thị<br>UUT Value           | 999.87  | 999.90 | 999.93 | 999.97 | ± 0,15  | Pass/Đạt           |
| Giá trị trung bình<br>Average value (g) | 999.918 |        |        |        |         |                    |
| Độ lặp lại<br>Repaatability(g)          | 0.043   |        |        |        |         |                    |

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 200g

| Test No.<br>Lần kiểm    | Tâm    | 1      | 2      | 3      | 4      | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| Giá trị đo              | 199.98 | 199.84 | 199.85 | 199.91 | 199.95 | ± 0,1   | Pass/Đạt           |
| Độ lệch tâm từng vị trí |        | -0.14  | -0.13  | -0.07  | 0      |         |                    |
| Độ lệch tâm của cân     |        | 0.03   |        |        |        |         |                    |



4. Weighing Test

| No.<br>Lần kiểm | Load<br>Mức tải | Đơn vị | Reading<br>Giá trị đo | Error<br>Độ lệch | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|
| 1               | 50              | g      | 49.97                 | -0.03            | ± 0,05  | Pass/Đạt           |
| 2               | 200             | g      | 199.94                | -0.06            | ± 0,1   | Pass/Đạt           |
| 3               | 500             | g      | 499.98                | -0.01            | ± 0,15  | Pass/Đạt           |
| 4               | 1000            | g      | 999.93                | -0.07            | ± 0,15  | Pass/Đạt           |

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: