

MOONPO VINA

Lô CN-01 Khu Công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 8.0 Hố, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-174

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI
 Asset/Số quản lý: PIE00099
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/07/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/07/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.05	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.43	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 