

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-29

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Nhà sản xuất:
 Asset/Số quản lý: PIE00638
 Range/Dải đo: DC Voltage

Calibration Date /Ngày thực hiện : 15/04/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 15/04/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện : CôngTy MPVN
 Environment/Điều kiện môi trường : 24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.43	±5%	3.57	3.2	Pass
3	3.08	±5%	3.15	2.8	Pass
2.4	2.46	±5%	2.52	2.3	Pass

Thực hiện bởi:

[Signature]

Kiểm tra bởi:
