

MOONPO VINALô CN-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV,
Phường 2 & Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-210

Object/Đối tượng:

Jig kiểm tra chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

08/05/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

07/05/2027

Asset/Số quản lý:

PIE06172

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

測試機架校準記錄				
型號: STAR WARS ROT IT 名稱: 功能 JIG 部門: PIE				
允差: ☒ %; 電壓允差: $\pm 5\%$ V; ☒ dB.				
規 格	指示值	實際值	校準日期: 26. 5. 2	標準儀器: 數位表
DC	V ₁ 3.0V	3.01 ✓	有效期至: 27. 5. 7	編 號: CUS0990
	V ₂ 3.2V	3.21 ✓	結 論: 合格	黃金板編號: ☒
	V ₃ 2.6V	2.61 ✓	校 準 人: 吳亞	



Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

L. Waut