

MOONPO VINA

Lô 10-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV,

Phường 1 & 2, Thị trấn Ninh Bình,



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-291

Object/Đối tượng bị: Ampe kế
 Manufacture/Nhà sản xuất:
 Asset/Số quản lý: PIE06619
 Range/Dải đo: DC mA & μ A
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 11/09/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 11/09/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.6%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
500 mA	68	$\pm 5\%$	68.2	Pass

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(μ A)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (μ A)	Result Kết quả
50 μ A	0.8	$\pm 5\%$	0.8	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 