

**MOONPO VINA**

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-41

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện : 25/03/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 25/03/2027

Asset/Số quản lý

PIE05261

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Range/Dải đo

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện

CôngTy MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

**REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO****1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng V | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên V | Giới hạn dưới V | Result<br>Kết quả |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3.2                                 | 3.25            | ±5%        | 3.36            | 3.0             | Pass              |
| 3.4                                 | 3.41            | ±5%        | 3.57            | 3.2             | Pass              |
| 2.4                                 | 2.42            | ±5%        | 2.52            | 2.3             | Pass              |

Thực hiện bởi:



Kiểm tra bởi: