

MOONPO VINA**Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-196**

Object/Tên thiết bị: Battery test jig
 Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH MOONPO
 Asset/Số quản lý: QC-033
 Range/Dải đo: 5kΩ - 10MΩ

**Calibration Date /Ngày thực hiện : 22/07/2026****Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 22/07/2027****Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS****Calibration Location/Nơi thực hiện**

Công Ty MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG**Đồng hồ HIOKI****REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO****1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Funtion Dải đo (kΩ& MΩ)	Giá trị đo được	MPE ±22.68	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
5	5.005	±5%	5.3	4.7	Pass
18	18.009	±5%	18.9	17.1	Pass
10	10.001	±5%	10.5	9.5	Pass

Thực hiện bởi: _____

Kiểm tra bởi: _____