

MOONPO VINA

Lô CH-D1 - Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Lễ Hồ, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-249

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: PIE00906
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 05/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 05/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.02	±5%	5.25	4.75	Pass
9	9.12	±5%	9.45	8.55	Pass
12	12.13	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi: VũKiểm tra bởi: [Signature]