

MOONPO VINALô 10-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Mỹ & Hòa, Tân Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-309

Object/Tên thiết bị: Ampe kế
 Manufacturer/Nhà sản xuất:
 Asset/Số quản lý: PIE00848
 Range/Dải đo: DC mA & μ A
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn
 Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/10/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/10/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/2027	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
50mA	40.00	$\pm 5\%$	40.70	PASS
200mA	180.00	$\pm 5\%$	181.60	PASS
100mA	90.00	$\pm 5\%$	89.30	PASS

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
100 μ A	0.80	$\pm 5\%$	0.85	PASS

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: