

**MOONPO VINA**

Lô CN 01, Khu Công Nghiệp Đông Vĩnh IV,  
Thị trấn Lê Lợi, Tỉnh Ninh Bình



**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**  
**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)  
**MPVN-2026-262**

Object/Tên thiết bị: Jig test kẹp  
 Manufacture/Nhà sản xuất: PIE01913  
 Asset/Số quản lý: 1.0-1.65mm  
 Range/Dải đo: 1.0-1.65mm  
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

Calibration Date/Ngày thực hiện: 09/09/26  
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 09/09/27  
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Calliper

**REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**

**1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng mm | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên (mm) | Giới hạn dưới (mm) | Result<br>Kết quả |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.0                                  | 0.98            | ±5%        | 1.05               | 0.95               | Pass              |
| 1.65                                 | 1.68            | ±5%        | 1.7325             | 1.5675             | Pass              |

Thực hiện bởi: 

Kiểm tra bởi: 