MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Hà Nội, TP Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-269

Object/*Tên thiết bị:*	Ampe kế	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	09/09/26
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	09/09/27
Asset/*Số quản lý:*	PIE01440	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC mA & µA	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
200 mA	68	±5%	68.2	Pass

2. Calibration µA/ Hiệu chuẩn đo µA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(µA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (µA)	Result Kết quả
50µA	0.8	±5%	0.81	Pass

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____