MOONPO VINA

Lô CN 8C Khu công nghiệp Hồng Vân IV, Phường Hồng Vân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-361

Object/*Tên thiết bị:*	Jig kiểm tra Pin	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	24/10/2026
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	24/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE05177	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	18KΩ & 10MΩ	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig kiểm tra chức năng*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/2027	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

I. Kiểm tra điện trở Ω

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (Ω)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
18KΩ	18.02	±0,5	18.09	17.91	Pass
10MΩ	10.02	±0,5	10.05	9.95	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____